

编号: YNH/AJ-08-34-2017

血小板样品杯检验记录

批号	外观	尺寸	实测结果	结论
20220225	外观完好无破损, 无划痕, 无毛刺; 瓶塞完好无遗漏	高 48 ± 0.1 mm	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
		杯口外径 Φ $12.1 \pm$ 0.05 mm	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
总数: 5000		每批次抽检比例为了10% (抽检数量500)		
备注: 不合格品比例应 $\leq 1\%$, 否则退回厂家				
检验员:	许米	检验日期:	2022年2月26日	复核人: 张明

