

编号: YNH/AJ-15-03-2014

PL 系列血小板分析仪用去蛋白液

检验日期: 2022.08.25

试剂批号: 2220824

试剂规格: 30ml×1

检验项目	要求	检验结果			结果判定 合格(√); 不合格 (×)
		瓶 1	瓶 2	瓶 3	
外观	无色透明液体, 不得有沉淀、 颗粒或絮状物。	符合要求	符合要求	符合要求	√
净含量	不低于标示值 30ml	31.0	31.0	31.0	√
结论	检验是否合格	合格			



检验人: 王群

复核人: 吴华星

批准人: 王群