

编号: YNH/AJ-15-17-2011

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏宁械备 20150044 号

检验日期: 2023.01.05

试剂批号: 22301052

产品型号: PLR-01

配套清洗剂批号: 22212281

试剂规格: 5L、10L、20L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH 计	电导率仪	冰点渗透压
仪器型号	PL-12	PHS-3C	DDSJ-303A	FM-8P
仪器编号	P2JN016C	600408N0016120545	610708050039	0614

检验项目	要求	检验结果			结果判定 合格(√); 不合格(×)
		瓶 1	瓶 2	瓶 3	
外观	澄清液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物	符合要求	符合要求	符合要求	√
外部标识	产品名称、型号	符合要求			√
	主要成分、净含量				
	产品用途、适用仪器				
	产品注册号				
	执行的产品标准号				
	注意事项				
	生产批号、有效期				
	制造商名称、地址				
产品包装、储运、图示标志应符合 GB/T191-2008 的相应要求					
净含量	不低于标示量	20.15L	20.16L	20.15L	√
pH 值	25±1℃时, 7.10±0.20	7.18	7.17	7.18	√
电导率	25±1℃时, 18.30±0.50mS/cm	18.40	18.40	18.41	√
渗透量	310±10mOsm/kg	312	312	313	√
空白值	PLT≤2.5×10 ⁵ /L	0			√
结论	检验是否合格				合格



检验人: 张

复核人: 张

批准人: 蒋