

编号：YNH/AJ-15-35-2016

## 生化仪用清洗液出厂检验报告


试剂名称：NCL 清洗液

试剂批号：2230210

试剂规格：250ml

检验日期：2023.02.10

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
外部标识	外包装盒上的标志应至少包括以下内容 a) 产品名称、型号； b) 主要成分、净含量； c) 产品用途、适用仪器； d) 生产批号； e) 储存条件及有效期； f) 制造商名称、地址； g) 产品包装储运、图示标志应符合 GB/T 191-2008 的相应要求。 单包装瓶上的标识应至少包括以下内容： a) 产品名称； b) 净含量； c) 生产批号； d) 储存条件及有效期。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	250ml	√
pH 值测定	SBD 清洗液：25±1℃时的 pH 值应为 12.00-12.10； NCH 清洗液：25±1℃时的 pH 值应为 7.75-7.85； NCL 清洗液：25±1℃时的 pH 值应为 7.45-7.55。	7.51	√
清洗率	清洗率大于 90%。	98.7%	√
结论	检验是否合格。	合格	



检验人：亚婷

复核人：王峰

批准人：蒋红刚