

编号: YNH/AJ-15-02-2012

## 血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2023.03.24

试剂批号: 22303231


配套稀释液批号: 22301032

试剂规格: 1L、5L、10L、15L、20L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH 计
仪器型号	PL-12	PHS-3C
仪器编号	P2HH001C	600408N0016120545

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标识值   5L	5.02L	5.02L	5.02L	5.02L	√
pH 值	25±1℃时, 7.00±0.50。	7.22	7.21	7.22	7.22	√
空白值	RBC≤0.03×10 <sup>12</sup> /L	0.00	0.00	0.00	0.00	√
	PLT≤10×10 <sup>9</sup> /L	0	0	0	0	√
清洗率	清洗率大于 90%。	98.5%				
结论	检验是否合格	合格				



检验人: 王峰

复核人: 亚婷

批准人: 蒋亚明