

编号: YNH/AJ-15-46-2019

生化分析仪用针强化清洗液出厂检验报告

检验日期: 2023.05.23

试剂批号: 2230522

试剂规格: R1:40ml*4, R2: 10ml*4

检验项目	要求	检验结果	结果判定合格(√); 不合格(×)
外观	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量	不低于标示值	R1:40.8ml	√
		R2:12.2ml	
清洗率	清洗率大于 90%	98.2%	√
结论	检验是否合格	合格	



检验人: 王君

复核人: 王君

批准人: 王君