

编号: YNH/AJ-15-17-2011

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏宁械备 20150044 号

检验日期: 2023.05.27

试剂批号: 22305262

产品型号: PLR-01

配套清洗剂批号: 22305081

试剂规格: 1L、20L

设备信息:

| | | | | |
|------|----------|-------------------|--------------|-------|
| 仪器名称 | 血小板分析仪 | PH 计 | 电导率仪 | 冰点渗透压 |
| 仪器型号 | PL-12 | PHS-3C | DDSJ-303A | FM-8P |
| 仪器编号 | P2JN016C | 600408N0016120545 | 610708050039 | 0614 |

| 检验项目 | 要求 | 检验结果 | | | | 结果判定 合格(√); 不合格(×) |
|------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| | | 检测 1 | 检测 2 | 检测 3 | 均值 | |
| 外观 | 澄清液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物 | 符合要求 | | | | √ |
| 外部标识 | 产品名称、型号 | 符合要求 | | | | √ |
| | 主要成分、净含量 | | | | | |
| | 产品用途、适用仪器 | | | | | |
| | 产品注册号 | | | | | |
| | 执行的产品标准号 | | | | | |
| | 注意事项 | | | | | |
| | 生产批号、有效期 | | | | | |
| | 制造商名称、地址 | | | | | |
| 产品包装、储运、图示标志应符合 GB/T191-2008 的相应要求 | | | | | | |
| 净含量 | 不低于标示量 | 20.05L | 20.05L | 20.05L | 20.05L | √ |
| pH 值 | 25±1℃时, 7.10±0.20 | 7.04 | 7.08 | 7.03 | 7.05 | √ |
| 电导率 | 25±1℃时, 18.30±0.50mS/cm | 18.21 | 18.14 | 18.18 | 18.18 | √ |
| 渗透量 | 310±10mOsm/kg | 312 | 312 | 311 | 311 | √ |
| 空白值 | PLT≤2.5×10 ⁵ /L | 0 | 0 | 0 | 0 | √ |
| 结论 | 检验是否合格 | 合格 | | | | |



检验人: 王峰

复核人: 王峰

批准人: 李红刚