

血小板诱聚剂（胶原）出厂检验报告

检验依据：血小板诱聚剂（胶原）产品技术要求：苏械注准 20182400893

检验日期： 2023.07.19

试剂盒批号： 2230719

试剂盒规格： 4ml (1ml×4)

检验仪器： PL-12

仪器编号： P2NH005C

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	无色透明液体。	符合要求	√
净含量	不低于标示量。	1.05ml	√
重复性	测定血液标本时，血小板聚集率的变异系数（CV）应不高于 10%。	5.26%	√
血小板聚集率	测定正常血液标本时，血小板聚集率应不低于 30%。	49.70%	√
结论	检验是否合格。	合格	



检验人： 王涛

复核人： 蒋淑娟

质量管理部负责人/批准人： 蒋淑娟