

编号：YNH/AJ-15-46-2019

## 生化分析仪用针强化清洗液出厂检验报告

检验日期： 2023.08.09

试剂批号： 2230807

试剂规格： R1:40ml\*4, R2: 10ml\*4

检验项目	要求	检验结果	结果判定合格(√); 不合格(×)
外观	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量	不低于标示值	R1:40.8ml	√
		R2:10.2ml	
清洗率	清洗率大于 90%	98.7%	√
结论	检验是否合格	合格	



检验人： AAA

复核人： 王超

批准人： 蒋超