

编号：YNH/AJ-15-16-2011

血小板诱聚剂（二磷酸腺苷）出厂检验报告

检验依据：血小板诱聚剂（二磷酸腺苷）产品技术要求：苏械注准 20162400769

检验日期：2024.02.28

试剂盒批号：2240227

检验仪器：PL-12

仪器编号：P2HH001C

试剂盒规格：4ml（1ml×4）、2ml（0.5ml×4）

抽样量：1ml×2

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	无色透明液体，无悬浮物和沉淀物。	符合要求	√
净含量	不低于标示量。	1.01ml	√
重复性	测定血液标本时，血小板聚集率的变异系数（CV）应不高于 10%。	3.46%	√
血小板聚集率	测定正常血液标本时，血小板聚集率应不低于 30%。	58.97%	√
结论	检验是否合格。		合格



检验人：[Signature]

复核人：[Signature]

批准人：[Signature]