

编号: YNH/AJ-15-02-2022

SED 清洗剂出厂检验报告


检验日期: 2023.09.22


试剂批号: 2230921

试剂规格: R:40mlx5

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	40.8ml	√
清洗率	清洗率大于 90%。	98.5%	√
结论	检验是否合格。		合格



检验人: 

复核人: 

批准人: 