

编号: YNH/AJ-15-17-2011

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏宁械备 20150044 号

检验日期: 2024.03.28

试剂批号: 22403272

产品型号: PLR-01

配套清洗剂批号: 22403201

试剂规格: 1L、20L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH 计	电导率仪	冰点渗透压
仪器型号	PL-12	PHS-3C	DDSJ-303A	FM-8P
仪器编号	P2JN016C	600408N0016120545	610708050039	0614

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	澄清液体, 不得有沉淀、颗粒 或絮状物	符合要求				√
装量	不低于标示量	20.05L	20.06L	20.05L	20.05L	√
pH 值	25°C时, 7.10±0.20	检测温度: 25.0°C				√
		7.13	7.14	7.14	7.14	
电导率	25°C时, 17.30±0.50mS/cm	检测温度: 25.0°C				√
		17.38	17.38	17.37	17.38	
渗透浓度	310±10mOsm/kg	311	312	312	312	√
空白值	PLT≤2.5×10 ⁵ /L	0	0	0	0	√
结论	检验是否合格	合格				



检验人: 王群

复核人: 林

批准人: 蒋